

20/04/2020

Buenas tardes, lamentamos comunicaros que siguiendo indicaciones recibidas esta misma tarde del Ministerio de Sanidad recomendamos retirar, hasta que tengamos nuevas indicaciones al respecto, las mascarillas Garry Galaxy con la referencia N95 (Paquete verde que os hemos enviado. El paquete azul no tiene problemas).

Como podéis comprender la información transmitida esta mañana era correcta hasta que el Ministerio de Sanidad ha rectificado la información remitida.

Os indico el texto recibido.

Como continuación de la comunicación remitida el pasado 15 de abril donde se trasladaba información urgente para que se procedería a la retirada inmediata de todas las mascarillas "Garry Galaxy" contenidas en envases verdes, se informa de lo siguiente:

1. *Las mascarillas Garry Galaxy N95 contenidas en envase verde cuya referencia es 20200407 201401, según el informe del INSST, "son compatibles con una mascarilla con clasificación FFP2 de acuerdo con la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010."*
2. *Las mascarillas Garry Galaxy N95 contenidas en envase verde cuya referencia es 20200324 201201:*
 - a. *Según el informe del INSST, "no cumple con ninguna clasificación indicada en la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010".*
 - b. *Según el informe del INSST, la eficacia media de filtración estaría en torno al 70%.*
 - c. *Con objeto de preparar su remisión, se solicita que se identifiquen las cajas que contienen estas mascarillas con el siguiente mensaje "Producto no conforme como FFP2". En breve se les trasladará el procedimiento logístico.*
3. *Las mascarillas Garry Galaxy N95 contenidas en envase verde cuya referencia no sea ninguna de las expuestas deben mantenerse retiradas a la espera de nueva información que será remitida cuando se realicen los ensayos correspondientes por el INSST.*

Las mascarillas que nosotros hemos enviado corresponde al apartado 3. **REF 20200327**. Todavía no están homologadas pero ya están haciendo los ensayos oportunos, por lo que os recomendamos que las guardéis hasta tener nuevas noticias.

Estaremos atentos y solicitaremos al Ministerio de Sanidad más diligencia en sus comunicaciones para que no se vuelvan a producir estos errores.